Наборы для диагностики инвитро SARS-CoV-2 методом ИФА:

Название, РУ	Производитель	Метод	Аналитические характеристики	Количество исследований	Качественный/количественный
Набор реагентов «COVID-19 IgG/IgM+IgG Screen» **Кат: К-001** **РЗН (*на стадии получения*)**	Имбиан, Новосибирск	Твердофазного непрямого иммуноферментного анализа на основании связывания суммарных антител образца (IgG/IgM) к рекомбинантному гликопротеину вируса SARS-CoV-2, с последующей детекцией связанных антител посредством вторичных антител, конъюгированных с пероксидазой хрена и хромагена.	Чувствительность – 100% (на контрольной панели сывороток) Специфичность – 100% (на контрольной панели сывороток)	96, включая контроли	Расчет коэффициента позитивности с возможностью определять титр антител
Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 методом иммуноферментного анализа "SARS-CoV-2 IgG" **Кат №:8660** **РЗН 2020/10226**	Литех, Москва	Метод определения иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 на основании связывания антител (IgG) образца, с рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2, с последующей детекцией связанных антител посредством вторичных антител, конъюгированных с пероксидазой хрена и хромагена.	Чувствительность – 97,5% Специфичность – 97,9%	96, включая контроли	Расчет коэффициента позитивности
Набор для выявления иммуноглобулинов класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом «SARS-Cov-2 IgG ELISA» **Кат №: AL-EL-5** **РЗН 2020/11188**	Аллель, Москва	непрямого твердофазного иммуноферментного анализа на основании связывания антител (IgG) образца и рекомбинантного антигена вируса SARS-CoV-2 с последующей детекцией связанных антител посредством вторичных антител, меченных пероксидазой хрена в присутствии хромагена.	Чувствительность – 98,1% Специфичность – 99,0%	96, включая контроли	Расчет коэффициента позитивности